

質 疑 回 答 書

- 1 番号 新潟市公告58号
- 2 品名 睡眠中事故防止対策機器（体動センサ）

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<ul style="list-style-type: none">・ 翌年度以降で追加調達予定はあるか。・ 耐用年数が5年に満たない場合、無償で最新の同等機器へ更新、交換等を行うことで、指定する耐用年数を満たすことは可能か。・ 体重上限が20kgの機器であるが、応札可能か。	<ul style="list-style-type: none">・ 現時点では、予定はありません。・ 入札いただけません。無償で最新の同等機器へ更新、交換等を行うとしても、機器自体が5年以上の耐用年数を有するものではないため、仕様に合致しません。・ 入札いただけません。体重が1.5kgから15kgまでの使用に対応できることが条件のため、体重上限が20kgであることのみの商品説明記載では足りず、1.5kgから15kgまでを含む対象体重である旨の明記が必要です。